



Kraków, dn. 27.11.2017 r.

DAN-D.292.1.104.1/2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki nr DAN-D-292.1.104.1/2017 z dnia 24.11.2017 r., prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy półautomatycznej jednostki destylacyjnej z wyposażeniem zgodnej z systemem mineralizacyjnym Tecator.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści:

1) Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie jednostki Kjeltec 8100, która nie dodaje kwasu borowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie jednostki Kjeltec 8100, która nie dodaje kwasu borowego.

Z wyrazami szacunku

PROREKTOR
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś