



Kraków, dnia 12.07.2017 r.

DAN-D.292.1.66-69.1.1/2017, DAN-D.292.2.193.1.1/2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki nr DAN-D-292.1.66-69.1/2017, DAN-D-292.2.193.1./2017 część E z dnia 07.07.2017 r., prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termometru 2-kanalowego.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

- 1) Czy dopuścicie do przetargu *polski rejestrator temperatury KRT-109 MMC.
2 BT *współpracującego z precyzyjnym czujnikiem temperatury Pt-100.
Miernik możemy dostarczyć wraz z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP.
w załączeniu karta katalogowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wskazanego w zapytaniu m.in. ze względu na jego węższy zakres pomiaru temperatury.

Z wyrazami szacunku

PROREKTOR
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Marian Gambuś