



Kraków, dnia 19.07.2017 r.

DAN-D-292.1.66-69.1.3/2017, DAN-D-292.2.193.1.3/2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki nr DAN-D-292.1.66-69.1/2017, DAN-D-292.2.193.1./2017 część A z dnia 07.07.2017 r., prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przenośnego analizatora DP-28 z wyposażeniem.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

- 1) W załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym, w wymaganiach części A dotyczących zakresu i dokładności pomiaru CO₂ jest 0-50%vol (+/-0,1%FS). Czy Zamawiający dopuszcza pomiar CO₂ z dokładnością +/-1%FS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przenośnego analizatora z dokładnością pomiaru CO₂ +/-1%FS.

Z wyrazami szacunku

PROREKTOR
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś